

# Certificato di conformità UE

EU Certificate of Conformity



Sistema di Gestione della Qualità  
Regolamento (EU) 2017/745 sui Dispositivi Medici, Allegato IX Capo I

Quality Management System  
Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapter I

**Certificato n°:**  
**Certificate No:** ITH 2453837 1

**Fabbricante / Manufacturer:** RAR S.r.l.

**Sede legale / Registered Headquarter:** Piazza Carlo Zinelli, 1  
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Italia

**Sede operativa / Operational Headquarter:** Via Dossobuono, 14  
37066 Sommacampagna (VR) - Italia

**EUDAMED Single Registration No:** IT-MF-000030103

**Scopo / Scope:** Dispositivi non impiantabili attivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti / Active non-implantable imaging devices utilising ionizing radiation

(Vedere allegato al presente Certificato per la descrizione dei dispositivi)  
(See the attachment to this Certificate for devices description)


L'Organismo Notificato dichiara che i requisiti dell'Allegato IX, Capo I, Sezione 2 e 3 del Regolamento (EU) 2017/745 sono soddisfatti per i prodotti riportati. Il suddetto fabbricante ha stabilito e mantiene un sistema di gestione della qualità, che è soggetto ad una sorveglianza periodica così come definita nell'Allegato IX, Capo I, Sezione 3 del suddetto Regolamento. Se questo Certificato copre dispositivi di classe III o classe IIb impiantabili, come riportato nel secondo sotto paragrafo dell'Articolo 52(4), è richiesto un Certificato UE di Verifica della Documentazione Tecnica in accordo al Capo II, Sezione 4.9 prima dell'immissione in commercio. / The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex IX, Chapter I, Section 2 and 3 of the Regulation (EU) 2017/745 have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality management system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex IX, Chapter I, Section 3 of the aforementioned regulation. If class III devices or class IIb implantable devices referred to in the second subparagraph of Article 52(4) are covered by this certificate an EU technical documentation assessment certificate according to Chapter II, Section 4.9 is required before placing them on the market.

**L'organismo notificato/ Notified Body**

**Data di emissione / Issue date:** 21/07/2023

**Data di ultima modifica / Last revision date:** 21/07/2023

**Data di scadenza / Expiry date:** 20/07/2028

  
Paolo Caglio

**TÜV Rheinland Italia S.r.l. - Via Mattei, 3 - 20005 - Pogliano Milanese (MI)**  
Autorizzata dal Ministero della Salute e dal Ministero dello Sviluppo Economico  
Accredited by Ministry of Health and by Ministry of Economic Development

**Organismo notificato con il numero 1936 presso la Commissione Europea**  
Notified under No. 1936 to the EC Commission



La marcatura CE può essere apposta esclusivamente se vengono soddisfatti i requisiti di tutte le direttive CE applicabili  
The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with



**Allegato al Certificato n°:****ITH 2453837 1***Attachment to the certificate:***Sistema di Gestione della Qualità****Regolamento (EU) 2017/745 sui Dispositivi Medici, Allegato IX Capo I***Quality Management System**Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapter I***Fabbricante / Manufacturer:****RAR S.r.l.****Scopo / Scope:****Dispositivi non impiantabili attivi per immagini  
che utilizzano radiazioni ionizzanti / Active non-  
implantable imaging devices utilising ionizing radiation****Tipologia / Typology:****Tomografo Computerizzato ad alta risoluzione  
per la ricostruzione volumetrica della mano e  
del polso / High-resolution Computed Tomography (CT)  
Scan for volumetric reconstruction of the hand and wrist****Classe di rischio / Risk class:****IIb****Destinazione d'uso / Intended use:****Apparecchiatura utilizzata per eseguire esami  
di tomografia computerizzata ad elevata  
risoluzione, per evidenziare le micro-erosioni e  
le alterazioni della struttura trabecolare su  
mano e polso / Equipment used to perform high-  
resolution computed tomography examinations to highlight  
micro-erosions and changes in trabecular structure on the  
hand and wrist****Modelli / Models:****ARTiCAT****Storia del Certificato / Certificate history**

| Revisione / Revision | Descrizione / Description                       | Data / Date |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1.0                  | Certificazione iniziale / Initial certification | 21.07.2023  |

**Data di ultima modifica: 27/07/2023***Last revision date:***TÜV Rheinland Italia S.r.l. - Via Mattei, 3 - 20005 - Pogliano Milanese (MI)**